

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

11.09.2024

İstem No : 78066 : 24/3855
Talep Eden Birim : ANESTEZİYOLOJİ VE REANİM.YOĞUN BAKIM KL-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın Alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranmayan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax :
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

16.09.2024

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013022256	İLAÇ HAZNESİ VİBRONİK		20,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ANESTEZİYOLOJİ VE REANİM.YOĞUN BAKIM KL-1

ŞARTNAME NO
7696

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 02.09.2024

DISPOSABLE VİBRONİK İLAÇ HAZNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hazne mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda T adaptörü ile Mekanik ventilatör devresine bağlanarak ya da entübe olmayan hastalarda maske,vb. malzemeler yardımı ile sürekli ya da aralıklı aerosol, ilaç tedavisi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Hazne, T adaptörü aracılığı ile Mevcut Tüm ventilatör cihazları ile kullanılabilmesi, tüm devreler ve nemlendirme sistemleri ile uyumlu olmalı, her yaş grubundaki hastalarda (yenidoğan-pediyatrik-yetişkin) kullanılabilir.

VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

3. Hazne, optimum seviyede aerosol tedavi sağlayabilmesi ve ilaçların yüksek sıcaklıkta dekompoze olmasını önlemek için cihazda kullanılan nebülizasyon tekniği" Palladium vibrating mesh" teknolojisi ile olmalıdır. Ultrasonik ve jet nebulizasyon sistemleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Hazne ile ventilatör devresinin bağlantısını sağlayan T adaptörü olmalıdır. Devre içerisinden optimum ilaç verilebilmesi ve hazne de ilaç kalmasını engellemek için, T adaptörüne haznenin girdiği kısım dik açıda değil uygun optimal açıda olmalıdır.
5. Hazne ve T adaptörü aynı hastada sürekli kullanıldığında minimum 7 gün, aralıklı kullanım durumlarında ise en az 28 gün kullanılabilir.
6. Hazne Üzerinde; kontrol ünitesinden gelen enerji kablosunun takılacağı elektrik giriş soketi ve hazne içine, zaman kaybettirmeden kolay açılıp kapanarak ilaç koyulmasını sağlayan sliikon kapağı olmalıdır.
7. Hazne üzerinde sürekli ilaç uygulamalarında pompa ile hazne bağlantısının sağlanacağı vidalı bağlantı kısmı olmalıdır.
8. Etkili vibrasyon ile optimal büyüklükte ilaç çıkışı sağlanabilmesi için Haznenin içerisinde paladyum plak bulunmalıdır.
9. Optimum partikül büyüklüğünün sağlanabilmesi için; hazne içerisindeki ilaç ile temas eden kısım en az 5 mm(\pm 1) olmalı ve ortalama 1000 adet delik olmalıdır.
10. Kontrol ünitesi ile haznenin bağlantısı yapıldığında, hazne saniyede ortalama 128.000 vibrasyon yaparak hızlı ve efektif ilaç çıkışı sağlamalıdır.
11. Hazne ile verilen ilacın akış hızı: ? 0,2ml/dakika ve ortalama:0,38 ml/dakika olmalıdır.
12. Haznenin ağırlığı en fazla 14 (\pm 3) gr olmalı ve en az 6 ml ilaç alabilir.
13. Hazne, EN 13544-1 uyarınca; aerosol çıkış değeri:0,30ml/dakika,aerosol çıkışı: 2 ml lik dozda 1,02ml yayılma,kullanım sonunda atık ilaç miktarı(kalan hacim): 3ml lik dozda ? 0,1ml olmalıdır
14. Etkili arosol tedavi sağlanması için Hazne ilaç çıkış partikül büyüklükleri ve performansı:

HAZIRLAYANLAR

Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm ALTUNTAŞ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Birimi
02.09.2024

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım B.D
Diploma No: 72993/131474

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	ANESTEZİYOLOJİ VE REANİM.YOĞUN BAKIM KL-1	
ŞARTNAME NO 7696	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 02.09.2024

a) Andersen kaskat impaktör ile ölçüldüğünde(belirtim aralığı: 1-5µm): ortalama: ? 3.2µm veya
b) Marple 298 Kaskat impaktör ile ölçüldüğünde ise (Belirtim aralığı1,5 µm -6,2 µm) ortalama: ? 4 µm olmalıdır.

15. Tedavi, ventilasyon devresinden hastaya giden volümleri olumsuz etkilememeli, akciğerlerde yüksek volüm ve basınçta neden olmamalıdır. Bu yüzden komprese edilmiş basıncılı hava ya da oksijen ve itici gazlar ile çalışan sistemler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. Hazne ventilatör devresine takıldığında, ventilasyon işlemine ara vermeksizin cihaz haznesine ilaç konulabilmeli; bu işlem esnasında ventilatör cihazında hasta için ayarlanan basınç veya volümlerde hiçbir değişme olmamalı ve ventilatör kesintisiz olarak çalışmasına devam etmelidir.

İLAÇ HAZNESİ İLE BERABER AŞAĞIDAKİ AKSESUARLAR VERİLECEKTİR

? Mekanik ventilatör devresi için T bağlantı adaptörü(yetişkin veya pediatrik) 1 adet

TEKLİF İLE BERABER AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR VERİLMELİDİR.

17. Teklif veren firma Türkiyede bulunan distribütör firmadan ve distrübütör firmanında yurtdışından almış olduğu yetki belgesini idareye sunmalıdır.

18. Ürünün TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi bulunmalı ve idareye sunulmalıdır.

19. Ürünün UBB veya UTS kaydı olmalıdır.

20. Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında sunulacak avantajlı görülebilecek özellikler ve koşullar değerlendirmeye alınacaktır ve malzeme seçiminde göz önüne alınacaktır.

21. Numune getirilmesi zorunludur.

HAZIRLAYANLAR

Dr.Öğr. Üyesi Gülşim ALTUNTAŞ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.Tas.No:114864/14115

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Yoğun Bakım B.D.
Diyama No: 72993/13147