

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

TEKLİF İSTEME FORMU

22.10.2021

İstem No : 58193 : 21/3956
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi İhtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, ÜBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. ÜBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

27-10-2021

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003039999750	KAMERA KILIFI (PROB KILIFI)		3.000,0	ADET		
2	15003030217107	0 P.GLACTİN & LAKTOMER /O		240,0	ADET		
3	15003030217103	2/0 İPEK SERBEST 17 X 45		600,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

1 . KARTONLU KAMERA KILIFI ÖZELLİKLERİ

1 -Lateks içermemelidir.

2- Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

3-Raf Ömrü 5 yıl olmalıdır.

4-Merkezi asma deliği olmalıdır


5-Robotik teleskopik katlanmış olmalıdır.

6-Bütün kamera modelleri ile uyumlu olmalıdır.

7-Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

Prof. Dr. Ferhat Aygün
Fırat Üniversitesi Kurumu
Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Prof. Dr. Erhan Aygün



2. POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER SÜTÜR MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Malzemenin içeriği: poliglaktin veya lactomer olmalıdır.
2. Kaplama; ana materyalle uyumlu nitelikte olmalı ve dolayısıyla sütün üzerinden sıyrılmamalıdır. Kaplama maddesi capralactone&glycolide polymer ve calcium stenal lactylate veya polyglactin&calcium stearate olmalı.
3. Multiflaman yapıda olmalıdır.
4. Emilebilen materyal olmalıdır.
5. İğnelerin yüzeyi silikonize edilmiş olmalı, dolayısıyla dokudan geçerken travma yaratmamalıdır.
6. Minumum 21 gün daku desteği sağlamalı, 56-70 günde vücuttan tamamen atılmalıdır.
7. Gösterdiği gerilme gücü; 14. günde en az %75, 21. günde en az %30 olmalıdır.
8. Sterilizasyon süresi malzemenin teslim tarihinden sonra en az 4 yıl olmalıdır.
9. Malzeme renksiz veya mor renkte olmalıdır.
10. Malzeme USP standartlarına uygun olmalıdır.
11. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
12. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
13. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
14. İstenilen her malzemenin iğne boyu(+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
15. Birim ambalaj: sentetik multiflament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj sütün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
 - İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
 - İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
 - İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
 - İğnesiz ise sütün adedi
 - Sütün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
 - Sütün uzunluğu
 - Sütün rengi
 - Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - Son kullanma tarihleri bulunmalıdır.Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
 - İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
 - Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
 - Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
17. Sütün boyu en az 75 cm olmalıdır
18. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır

yuvarlak iğneli 35 mm

Prof. Dr. Erhan AYGEN

Prof. Dr. İsmail GÜNEŞLİ
Fırat Üniversitesi Hacıhasan
Hacıhasan ve Yabancı Dil Uzmanı
Fon 3200 / 131874

3. İPEK SÜTÜR MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Sterilizasyon süresi malzemenin teslim tarihinden sonra en az 4 yıl olmalıdır.
2. Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
3. Malzeme USP standartlarına uygun olmalıdır.
4. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
5. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. Düğüm sırasında sütür kopmamalıdır. Düğüm atma esnasında kopan sütürler değerlendirme dışı bırakılıp tercih edilmeyecektir. Bu durum ilgili kliniklerin raporların doğrultusunda yapılacaktır.
6. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
7. İstenilen her malzemenin iğne boyu (+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
8. Birim ambalaj: sentetik multiflament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.

Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
- İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
- İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
- İğnesiz ise sütür adedi
- Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
- Sütürün uzunluğu
- Sütürün rengi
- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
- son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
- Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
- Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

9. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır. ,

serbest iğne 17x45

Prof. Dr. Erhan AYGEN

Prof. Dr. Erhan AYGEN
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Anabilim Dalı
1970 / 12 / 11