

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.10.2021

İstem No : 58434 : 21/4064
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcamta yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kaydı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar Ürün tesliminde BAYI NO LOT NO SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

03.11.2021

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030302171338	PEDİATRİK VALVULOPLASTİ VE DİLASYON BALON		10,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

PEDİATRİK VALVULOPLASTİ VE DİLATASYON BALONU

1. Balon kateter çok düşük profilli olup çok küçük çocuklarda bile aort koarktasyonu ve valvuloplasti işlemlerinde atravmatik olarak işlem yapılması sağlanmalıdır.
2. Balon kateterin uç kısmı, flexible ve kısa-uca doğru incelen yapıda olmalıdır,
3. Transtaper tip sayesinde darlıklarda rahatlıkla giriş ve geçiş sağlamalıdır. Damar içine zarar verilmesi riskini minimize etmelidir.
4. Uzunluğu, çapı ve taşıyabilecek guidewire çapları istemde belirtildiği gibi olmalıdır.
5. Kateter gövdesi, balon çapına göre değişen kalınlıklarda olmalı, kullanıcı isteğine göre seçilecek büyük olan ölçülerde bile düşük çaplı introducer kullanılarak çok küçük çocuklara rahatlıkla müdahale imkanı sağlamalıdır.
6. Kateter gövdesi polimerik materyalden imal olmalı.
7. Uç kısmın gövdeye göre fileksibl olması sebebi ile balon kateterin sürekli olarak merkezci hareketi, optimal kılavuz tel kontrolü, iyi bir çekilebilirliğini elde etmelidir.
8. Kateterin balonu, non-compliant termoplastik elastomer'den imal olmalıdır. Balon materyalinin özelliğinden dolayı fonksiyonel özelliklerinden herhangi bir kayıp olmadan damar yapısına çok iyi uyum sağlamalıdır,
9. Balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır. Böylelikle kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı hastanın rahatlığı ve emniyeti sağlanmalıdır. İşlem sırasında istenmeyen bir durum oluştuğunda katetere kolaylıkla müdahale edilebilmelidir.
10. Balon üzerindeki paltinium-iridium markerin iyi görüntü vermesi sayesinde darlıklarda balonun rahat ve emniyetli yerleştirilmesi mümkün olmalıdır.
11. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen her bir malzeme,teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miatlı olmalıdır.

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi ve Hast. Uzmanı
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 82186

Prof. Dr. Mehmet BALIN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D. Başkanı
Dip. Tesc. No: 110770-Uzm. Tesc. No: 70720