

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

28.10.2021

İstem No : 58646 : 21/4067  
Talep Eden Birim : ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutannın (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesintili tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO LOT NO SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

**Son Teslim Tarih & Saat:** 16<sup>00</sup>

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ  
BAŞHEKİM MÜDÜRÜ

Tel :

Fax :

Mall :

03.11.2021

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu | Malzeme Cinsi  | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|--------------|--|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 150050399027 | YÜKSEK DÜZEY ALET<br>DEZENFEKTANI (PARASETİK<br>ASİT +HİDROJEN PEROKSİT ) 5<br>LT (KULLANIMA HAZIR ) |          | 900,0   | LİTRE  |              |            |

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

## YÜKSEK DÜZEY ALET DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün yüksek düzey dezenfektan özellikte olmalıdır, perasetik asit ve hidrojen peroksit bileşimi içermelidir.
2. Ürün sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır. Ürün aktive edilerek hazırlanmalı, aktivatör ve jeneratör karıştırılarak hazırlanan üründe perasetik asit üretilmelidir. Aktivasyon sonrası kullanıma hazır olmalıdır. Ürün aktivatörü kullanıcı hatalarını önlemek için 5L'lik jeneratör bidona sabitlenmelidir.
3. Aktive edilmiş perasetik asit oranı en az 900, en fazla 1800 ppm olmalıdır.
4. Ürün aldehit, fenol ve amonyum türevi bileşikleri içermemeli, içeriğinde korozyon inhibitörleri ve stabilizatörler bulunmalıdır.
5. Hastane ortamlarından izole edilmiş dirençli bakteriler dahil (MRSA, ESBL+ Enterobacter aerogenes, ESBL Enterobacter cloacae, ESBL+ Escherichia coli, ESBL+ Klebsiella pneumoniae, Vankomisin dirençli Enterococcus faecium) virusid (HBV, HCV, HIV dahil), bakterisid (Mycobacterium tuberculosis dahil), (Bacillus subtilis ve Clostridium difficile dahil) fungusid ve sporosid olmalı, 5-10 dk da etki etmelidir. Yurtdışında veya ülkemizde akredite olmuş laboratuvaradan mikrobiyolojik çalışması yapılmış olmalı ve raporları dosyada sunulmalıdır. .
6. Ürün tıbbi ve cerrahi aletler, endoskoplar, anestezi malzemeleri, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler, alet dezenfeksiyon küvetlerinde kullanıma uygun olmalıdır. Aletlere ve optik sisteme zarar vermemeli, fonksiyonunu bozmamalıdır. Teklif edilecek solüsyon hastanemizin demirbaşında bulunan Olympus, Storz, Pentax, Fujinon marka skopların dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Endoskoplarla ilgili raporların, endoskopu üreten ana firmalar tarafından düzenlenen orijinal rapor olması gerekir.
7. Kullanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmamalı ve geniş materyal uyumluluğu olmalıdır. Korozyon test çalışması ile ürünün materyal uyumluluk çalışması teklif dosyasında sunulmalıdır.
8. Ürün ultrasonik yıkama makinalarında, manuel ve endoskopik makinalarda kullanıma uygun olmalıdır. Yıkama sistemlerinde paslanma, renk değişikliği ve erozyona neden olmamalıdır. Korozyon test çalışması ile ürünün materyal uyumluluk çalışması teklif dosyasında sunulmalıdır.
9. Ürün hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.
10. Ürün toksik veya iritan etkiye sahip olmamalıdır.
11. Ürüne ait Türkçe katalog ihale dosyasında bulunmalıdır.
12. Hazırlanan solüsyonun görünümü berrak olmalı, çökelti olmamalı, köpük içermemelidir.

Fatma TÜRKMEN FEVZİYE KIYAK  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri

Doç. Dr. Ayşe SAĞMAK TARTAR  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hekimi

13. Ürün en az 5 litrelik orijinal ambalajında, PVC içermeyen ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde, ışık geçirecek nitelikte saydam kaplarda olmamalıdır. Ürün 14 (ondört) gün boyunca stabil olmalıdır. Ürünün stabilitesi, Minimum etki konsantrasyon (MEK) ölçümü için özel test stripleri ile kontrol edilebilmelidir. Test stripleri PH olmamalı, kullanıldığında solüsyon içerisinde rengini bırakmamalıdır. İhaleyi kazanan firma, dezenfektan ile birlikte her litreye 1 adet olacak şekilde test stribi bedelsiz vermelidir. Son kullanma tarihi hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 1 (Bir) yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 ay kala miadı yaklaşan ürünleri firma yenisi ile değiştirmelidir.
14. İlk kez kullanıcı tarafından açılması amacıyla kilitli kapak sistemine sahip olmalıdır.
15. Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.
16. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalı, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
17. Ürüne ait veri güvenlik belgesi, üretici onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
18. Özellikle endoskoplar için, endoskop üreticisi firmalar veya endoskop yıkama cihazı teknik servisi tarafından verilmiş, ürün uygunluk onayına sahip olmalıdır. Onay belgesi dosyada bulunmalıdır.
19. Teklifi veren firma, üretici veya dağıtıcı tarafından verilmiş yetki belgesine sahip olmalıdır.
20. İhaleyi kazanan firma ihtiyaç durumunda ürün kullanımı ile ilgili eğitim verebilmelidir. Solüsyonun kullanıldığı her birime kullanım şeklini gösteren resimli afiş ve kullanım talimatı verilmelidir.
21. Numune komisyona sunulmalıdır. Sunulan numune deneme amaçlı kullanılıp, Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin onayı alındıktan sonra değerlendirilecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
22. Kullanım esnasında üretim hatası saptanan ürünler, firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
23. Ürün Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboratuarda mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb. açısından test edilecektir ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
24. Numune şartnamedeki tüm özellikleri taşımalıdır. Şartnamedeki özellikleri taşımayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Fatma TÜRKMEN Fevziye KIYAK**  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri



**Doç. Dr. Ayşe SAĞMAK TARTAR**  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hekimi

