

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

11.11.2021

İstem No : 58689 : 21/4294
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, ÜBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. ÜBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirticeklendir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

16-11-2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ


Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013021937	HIDROFOR BASINÇ KÜRESİ 24 LT		1,0	ADET		
2	15013021938	ÇELİK FİLTRE 20"İNÇ .100 MICRON		1,0	ADET		
3	15013021939	FİLTRE 20"İNÇ 5 MİKRON		30,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

20'' İNÇ. 5 MİCRON . FİLTRE ŞARTNAMESİ

1. Filtre giriş –çıkış 32'' inç olmalıdır
2. Filtre boyu 20'' inç. İp sargı olmalıdır. Çapı 5 micron olmalıdır
3. Mevcut sisteme uygun olmalı ve monte edilebilir olmalıdır.
4. Filtrenin yapısı mevcut dış housing' ne uygunu olmalıdır.
5. Sökülüp rahatlıkla temizlenmelidir.
6. İki ucu açık olmalı ve alt ,üst oringleri olmalıdır.
7. 5 microna kadar kaba çamur ,tortu ve pislikleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.

Hüseyin KARAGÖZ
Fırat Tıp Merkez
Diyaliz Teknisyeni




Prof. Dr. Ayhan DOĞRUKAN
Fırat Üniv. Tıp Fak. Enf. Enf. Enf.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Diyarbakır, 08.04.2024



20'' İNÇ. 100 MİCRON . ÇELİK FİLTRE ŞARTNAMESİ

1. Filtre giriş –çıkış 32'' inç olmalıdır
2. Filtre boyu 20'' inç. Özellikte olmalı,çelik sargı çapı 100 micron olmalıdır
3. Mevcut sisteme uygun olmalı ve monte edilebilir olmalıdır.
4. Filtrenin yapısı mevcut dış howsingi' ne uygunu olmalıdır.
5. Sökölüp rahatlıkla temizlenmelidir.
6. İki ucu açık olmalı ve alt ,üst oringleri olmalıdır.
7. 100'' microna kadar kaba çamur ,tortu ve pislikleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Filtrenin dış ana gövdesi çelik olmalıdır,kir pas ve çamurdan etkilenmemelidir.

Hüseyin KARAGÖZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni




Prof. Dr. Ayhan DOĞRUSAM
Fırat Üniwersitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Diy. Mesul No: 31070 / 5424



24 LT HİDROFOR BASINÇ KÜRESİ ŞARTNAMESİ

1. Dikey yapıda olmalıdır.
2. Kürenin içerisinde membran uzun süre patlamaz yapıda ve hava basılabilir olmalıdır.
3. Mevcut kullanılan hidroforların şase yapısına uygun olmalıdır.
4. Küre basınç aralığı ve yapısı mevcut r.o. Sistemi çalıştığında genleşme süresi ve pompaların basınçlarına uygun olmalıdır.
5. Giriş- Çıkış bağlantı çapları 3/2" İnç olmalıdır.

Hüseyin KARAGÖZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni



Prof. Dr. Ayhan DOĞRUKAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
İk. Tıbbi Fakültesi ve Akademi Kurumu
Diy. Tıp Fak. No: 4170 / 52624