

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

31.10.2017

İstem No : 36493 : 17/4346
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHI KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Teknik Şartnamede demirbaş/çihaz/malzeme alımına ait garanti öngörülmesi durumunda teslimatta banka teminat mektubu verilecek yada nakit üzerinden %3 (Fatura bedeli üzerinden KDV Hariç) teminat kesintisi yapılacaktır.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 .günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

14
03.11.2017

DOÇ.DR.OSMAN MERMİ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030299001	POLİPROPİLEN MESH 15 X 15		100,0	ADET		
2	15003030217673	PROLEN MESH 30X30		50,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

GENİŞ GÖZENEKLİ MONOFİLAMENT POLİPROPİLEN MESH ŞARTNAMESİ 15cm x 15cm

1. Mesh monofilament polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Mesh boyutu 15 cm x 15 cm olmalıdır.
3. Mesh'in ağırlığı 46gr/m² olmalıdır.
4. Mesh'in gözenek genişliği 2,00mmx2,40mm olmalıdır.
5. Mesh'in kalınlığı 0,6mm olmalıdır.
6. Mesh'in parçalanma dayanıklılığı 463 (+-19) kPa (Kilo Pascal) olmalıdır.
7. Mesh spesifik örgü tekniği sayesinde kesim gerektirdiğinde partikül bırakmamalıdır.
8. Mesh kasık ve ventral fitik onarımlarında uygulanabilir olmalıdır.
9. Mesh iso-elastikiyete sahip olmalı ve her istikamette yerleştirilebilir olmalıdır.
10. Mesh'in kenarları travmatik olmamalıdır.
11. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
12. Tekli veya üçlü paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
13. Karton mesh ambalajının üzerinde, ürün ismi, ürün kodu, ürün ebatı, ürün açılımı, ürün lot numarası, sterilite, ce amblemi, imalat ve son kullanım tarihini gösterir bir etiket bulunmalıdır.
14. Mesh etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
16. En az üç yıl miadı olmalıdır.

Doç. Dr. Güneyt KIRKIL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 82956

GENİŞ GÖZENEKLİ MONOFİLAMENT POLİPROPİLEN MESH ŞARTNAMESİ 30cm x 30cm

1. Mesh monofilament polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Mesh boyutu 30 cm x 30 cm olmalıdır.
3. Mesh'in ağırlığı 46gr/m² olmalıdır.
4. Mesh'in gözenek genişliği 2,00mmx2,40mm olmalıdır.
5. Mesh'in kalınlığı 0,6mm olmalıdır.
6. Mesh'in parçalanma dayanıklılığı 463 (+-19) kPa (Kilo Pascal) olmalıdır.
7. Mesh spesifik örgü tekniği sayesinde kesim gerektirdiğinde partikül bırakmamalıdır.
8. Mesh kasık ve ventral fitik onarımlarında uygulanabilir olmalıdır.
9. Mesh iso-elastikiyete sahip olmalı ve her istikamette yerleştirilebilir olmalıdır.
10. Mesh'in kenarları travmatik olmamalıdır.
11. Mesh tek kullanımlık olmalıdır.
12. Tekli veya üçlü paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
13. Karton mesh ambalajının üzerinde, ürün ismi, ürün kodu, ürün ebatı, ürün açılımı, ürün lot numarası, sterilite, ce amblemi, imalat ve son kullanım tarihini gösterir bir etiket bulunmalıdır.
14. Mesh etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
16. En az üç yıl miadı olmalıdır.

Doç. Dr. Cüneyt KIRKIL
Fırat Üniversitesi Elazığ Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Diyadinin 2018/09/06