

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

12.11.2021

İstem No : 58742 : 21/4357
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmeklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

17-11-2021

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013021941	MQ3-45 SAF SU POMPASI		2,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

MQ3-45 Saf Su Pompası Şartnamesi

- 1- Pompa su ihtiyacı olduğunda otomatik olarak çalışır ve ihtiyaç bittiğinde otomatik olarak duracak şekilde olmalıdır.
- 2- Düşük gürültülü çalışacak şekilde olmalıdır.
- 3- Pompa kendinden emişli olmalıdır.
- 4- Pompaya entegre edilen basınç tankı sayesinde sık durma ve kalkma sayısını azaltmalıdır.
- 5- Tank hacmi 0,4 lt olmalıdır.
- 6- Pompa 3000 lt/h su basabilecek kapasitede olmalıdır.
- 7- Pompada yüksek sıcaklık ve kuru çalışma koruması olmalıdır. Arıza esnasında alarm ledi yanmalıdır.
- 8- Max. 4,5 bar basınçta çalışmalıdır.
- 9- Emme kabiliyeti 8 mt olmalıdır.
- 10-Pompa 220 V şebeke voltajında çalışmalı ve +-%10 voltaj değişimlerinden etkilenmemelidir.
- 11-Pompa gücü max. 1000W olmalıdır.
- 12-Pompanın saf su ile temas eden aksamı Avrupa Farmakopedansı diyaliz suyu kalitesini bozmayacak özellikte plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 13-Pompadaki kullanılan metal aksamlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 14-Pompa üzerinde elektronik kontrol ve led göstergeleri bulunmalıdır.
- 15-Pompa uluslararası CE sertifikasını taşımaktadır.
- 16-Yüklenici firma pompanın teslimini mevcut sisteme uygun olacak şekilde kullanılması gerekli pvc malzemeler ile birlikte yapacak ve faal olarak çalışır şekilde teslim edecektir.
- 17-Yüklenici firmada çalışan teknik elemanların sertifikası ve su sistemleri üzerine yetki belgesi olmalıdır.
- 18-Yüklenici firmanın TSE12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi , ISO9001 ve ISO14001 kalite belgeleri bulunmalıdır.

Hüseyin KARAOĞUZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni

Prof. Dr. Ayhan DOĞUKAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 4787052524