

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

16.11.2017

İstem No : 36731 : 17/4611
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler daht, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9-Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Teknik Şartnamede demirbaş/cihaz/malzeme alımına ait garanti öngörülmesi durumunda teslimatta banka teminat mektubu verilecek yada nakit üzerinden %3 (Fatura bedeli üzerinden KDV Hariç) teminat kesintisi yapılacaktır.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235. günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

14:00
21.11.2017

DOÇ.DR. OSMAN MERMİ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399078	GENEL AMAÇLI DRENAJ KATATERİ 8 FR.		50,0	ADET		
2	15003030218011	YARI OTOMATİK BİYOPSI İĞNESİ 18 G (10 CM-TUR-CUT))		50,0	ADET		


TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR .

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404
Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

8 Fr GENEL AMAÇLI DRENAJ KATETERİ ŞARTNAMESİ

1. Kateter 8 Fr ölçülerinde olmalıdır.
2. Kateter hidrofilik materyalle kaplı olmalıdır.
3. Fleksible kanül, metal kanül ve trokar içermelidir.
4. Kateter 20-25 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateter katlanmaya dirençli olmalıdır.
6. Kateterin pigtail kısmında en az 5 adet delik bulunmalıdır.
7. Sızdırmaya dirençli kilitli pigtail kateter olmalıdır.
8. Kateter 0.038 inç kılavuz teli kabul etmelidir.
9. Kateter disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
10. Kateter tek ambalaj içinde olmalı ve sonradan bir araya getirilmiş parçalardan oluşmamalıdır.
11. Ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
12. Bir adet numune görüldükten sonra uygunluğa karar verilecektir.


Prof. Dr. Hüneli YILDIRIM
Firat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 44821 - 49123

TEK KULLANIMLIK YARI OTOMATİK TRU-CUT BİYOPSİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi ile BT ve ultrason eşliğinde, yüksek kaliteli core doku biyopsisi yapılabilir.
2. Biyopsi sistemi tek kullanımlık olmalıdır.
3. İğne üzerinde derinlik belirleyici çizgiler ve kayan durdurucu bulunmalıdır.
4. İğneler 18G kalınlığında ve 15 cm uzunluğunda olmalıdır. İğnelerle birlikte 10 cm uzunluğunda koaksiyal iğnesi verilmelidir.
5. İğne ucu ultrason ile ekojen (parlak) görünür özelliğe sahip olmalıdır.
6. İğne 1 ve 2 cm uzunluğunda parça alabilir.
7. Tabanca kurulumu iki farklı derinlik ayarı için iki kademeli olmalıdır.
8. Tabanca hafif, kolay kurulabilen, parmakla itilebilen yapıda olmalıdır. Tabanca tek elle kullanılabilir.
9. Tetiklemeden önce iğnenin iç parçası hareket edebilir.
10. Tabanca iki parmak tutacağı ile tutulmalı ve baş parmak ile tetiklenebilir.
11. İğneler orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. Sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, ulusal bilgi bankası kodu, CE onayı ambalajda belirtilmelidir.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
13. En az 1 adet numune, kontrol edilmek üzere, ihale esnasında komisyona sunulacaktır.
14. Şartlara uymayan ürünler firma tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

Prof. Dr. Hanefi YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 44821 / 49123