

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.11.2017

İstem No : 37060 : 17/4800
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtse dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır. 8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Teknik Şartnamede demirbaş/cihaz/malzeme alımına ait garanti öngörülmesi durumunda teslimatta banka teminat mektubu verilecek yada nakit üzerinden %3 (Fatura bedeli üzerinden KDV Hariç) teminat kesintisi yapılacaktır.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80. günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

14:00
13.12.2017

DOÇ.DR.OSMAN MERMİ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399101240	DUAL ÇEKVALFLİ TRANSFER SETİ		325,0	ADET		
2	150030399101239	TEK KULLANIMLIK MR UYUMLU ÇİFT ŞİRINGA SETİ		300,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Dual Çekvalfli Kolay kullanım hattı

1. Medrad markalı tomografi enjektöründe, kontrast madde ve izotonik şişesinden şırıngaya otomatik sıvı dolumu için kullanılacaktır.
2. Kolay kullanım hattı steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
3. Kolay kullanım hattı üzerinde otomatik şekilde şırıngaya sıvı çekilmesini ve şırıngadan sıvı enjeksiyonunu sağlayacak iki adet çekvalf bulunmalıdır.
4. Spike konnektöre sahip olacak ve spike konnektör üzerinde havalandırma imkanı olacaktır.
5. En az 400 Psi basınca dayanacaktır.
6. Ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

Prof.Dr. Haneft YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Yes. No : 44821 - 49123



Tek Kullanımlık MR Uyumlu Çift Şırınga Seti

1. Şırıngalar MR cihazlarımız ile kullanmakta olduğumuz Medrad marka Spectris model enjektör cihazına uyumlu olacaktır.
2. Şırıngalar steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
3. Şırıngalar en az 350 psi basınca dayanıklı olacak ve bu husus orjinal ürün paketi üzerinde yazılı olacaktır.
4. Şırıngalar kontrast madde için 65 ml ve izotonik için 115 ml kapasitesinde ve şeffaf Olacaktır. Şırınga içerisinde kalan havayı görmeye elverişli olmayan, mat olan şırıngalar kabul edilmeyecektir.
5. Şırıngaların üzerindeki ölçekler sayesinde, içerisindeki sıvı miktarı görsel şekilde tayin edilebilmelidir.
6. Her steril şırınga paketi içinde iki adet şırınga, küçük ve büyük olmak üzere iki adet spike bağlantısı ve T spiral hasta bağlantı hattı olacaktır.
7. T Spiral bağlantı hattı 96 inch'lik yapıda olacak ve en az 350 Psi basınca dayanacaktır.
8. Kullanma esnasında; şırıngalar tırnak kısmında, yıpranma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun bir materyalden yapılmış olmalıdır.
9. Şırıngaların alt kısmında kontrast maddenin enjektör içerisine akmasını engelleyecek bariyer bulunmalıdır.
10. Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içinde opak madde olsa bile, çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilir.
11. Teklif edilen şırıngalar, cihazı üreten firmanın {Medrad Inc.} üretimi orjinal şırınga veya uygunluğunu yazılı olarak onayladığı ürünler olacaktır.
12. Şırıngaların ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

Prof.Dr. Hanefti YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 44921 - 49123

