

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

19.10.2022

İstem No : 65550 : 22/5222
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satılma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 115 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

24.10.2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217174	TRANSPAK TEKLİ		300,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	TIBBİ MALZEME BİRİMİ	
ŞARTNAME NO 927	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 17.10.2022

Temel İşlevi:

1.Set invaziv basınç kanalı olan monitörlerde, basınç monitörizasyonu için tasarlanmış olmalıdır.

Malzeme Tanımlama Bilgileri:

2.Set içerisinde;

a.1 adet serum seti,

b.1 adet transducer,

c.Transducerdan sonra 1 adet en az 120 cm' lik basınç izleme hattı,

d.1 adet üç yollu musluk,

e.1 adet 30 cm'lik basınç uzatma hattı,

f.Her setin içinde veya steril paketlerde en az 3 adet yedek kapak verilmelidir.

3.Basınç hattı PVC den imal edilmiş olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

4.Basınç ve infüzyon hatları kink-resistan, luer-lock uygulamalı enjektörlerle uyumlu olmalıdır.

5.Basınç hatları çok iyi frekans cevabı veren özellikte olmalıdır.

6.İki transducer aynı serum hattından beslenmelidir. Serum bağlantısı için 1 makrodrip hazne içermeli, makrodrip hazne ile transducer arası en az 120 cm olmalıdır.

7.Serum hattının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır.

8.Basınç ölçüm seti kontaminasyona fırsat vermeyecek şekilde doğru ve emniyetli dizayn edilmiş olmalıdır.

9.Basınç hattında ki serum setinin distal hatları basınç, kırılma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

10.Basınç hatları üzerinde hatların kolay ayırt edilebilmesi için kırmızı (arter) çizgi olmalıdır.

11.Bağlantı hattı tüm kateterler ile uyumlu olmalıdır.

12.Çalışma basıncı aralığı -50 ile + 300mmHg arasında olmalıdır.

13.Basınç setinde kullanılması muhtemel ARTER, PA ve LAP yapışkan etiketleri bulunmalıdır.

Genel Hükümler:

14.Her 100 adet set başına sete uygun bir adet çiftli sehpa ve bir adet sabitleyici askılık verilmelidir.

15.Hastanelerde bulunan monitörler ile uyumlu olması amacıyla her bir monitör için (ameliyathane, yoğun bakım vb.) 1 adet olmak üzere IBP ara kablosu konsinye olarak verilmeli ve bozulan kablolar iş süresi sonuna kadar bakım ve servis hizmetleri firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.(Kazanan firmaya monitör adedi ve markası bildirilecektir.)

16.Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

17.Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

18.Teklif ile birlikte 2 adet numune verilmesi zorunludur.

HAZIRLAYANLAR


Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ahmet BAYDEMİR

ONAYLAYAN


Metin ÇEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Malzeme Birim Başkanı