

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

18.02.2020

İstem No : 49114 : 20/526
Talep Eden Birim : MERKEZ LABORATUVARI

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat 14:00

Tel :

Fax :

Mail :

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

24.02.2020

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030405037	GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ		4.000,0	TEST		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

Gaitada gizli kan kiti teknik şartnamesi

1. Test kaset şeklinde olmalı ve immünokromatografi yöntemi ile gaitada insan hemoglobini tayin etmelidir.
2. Test sonuçlarını görsel olarak değerlendirebilmeli ve kalitatif sonuç verebilmelidir.
3. Kullanımı kolay olmalıdır. En geç on dakika içinde sonuç verebilmelidir.
4. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5. Teslim sırasında kit, orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır.
6. Testler oda ısısında muhafaza edilmelidir.
7. Testlerin güvenilir sonuç vermesi ilgili laboratuvar sorumlularının talep edeceği her türlü belge, materyalin ve malzemenin temini yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
8. Çalışma, kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
9. Güvenilir sonuç vermediği tespit edilen testler yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
10. Test insan hemoglobinine spesifik olmalıdır. Beslenmeden kaynaklanan yanlış pozitifliklerden etkilenmemelidir
11. Her kitin içerisinde kitin son kullanma tarihine paralel, orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklanabilen minimum bir adet pozitif kontrol swabı bulunmalıdır veya firma tarafından temin edilmelidir.
12. Testin hassasiyeti (sensitive) ve özgüllüğü (spesifite) %99'dan küçük olmamalıdır.
13. Test en az 50 ng/mL konsantrasyonda insan hemoglobini içeren örneklerde pozitif sonuç verebilmelidir.
14. Test kasetleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyum ambalajlanmış olmalı ve her kaset ambalajı üzerinde orijinal olarak ambalaj içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi ayrıca belirtilmelidir.
15. Kit, Ulusal Bilgi Bankası'na (UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
16. Testin istendiği ilgili bölümlere çubuklu özel numune kabının dağıtımını gerektiğinden, ister istemez belli bir oranda yaklaşık % 20 kayıplar olmaktadır. Söz konusu kayıplar firma tarafından karşılanmalıdır.
17. İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon yapmayan ya da demonstrasyon sonucu uygun bulunmayan firmaların teklifleri red edilecektir.
18. Uygun şartlarda saklanmasına ve kullanılmasına rağmen miadı dolmadan bozulan testler firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.
19. İhale sırasında orijinal kataloğu ile beraber numune sunulması zorunludur.
20. Kitin AB konseyinin 98/79/EC direktifleri uyarınca düzenlenmiş CE belgesi olmalıdır. Muayene aşamasında kit üzerinde CE onayı kontrol edilecektir.
21. Firma bu testle ilgili ücretsiz eksternal kalite kontrol programı üyeliğini temin etmelidir
22. Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 10 dakika içerisinde alınabilmelidir.
23. Seyreltici reaktif, kontaminasyonu önlemek için gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalıdır.
24. Testlerle ilgili kontrol ve kalibratörler ve sarf malzemeleri (gaita için çubuklu özel numune kabı) firma tarafından sağlanacaktır.
25. Gaita numunesinin test edilmesi gerekli olan çubuklu özel numune kabının içindeki solüsyonun dökülmesini önleyecek bir düzene sahip olması gerekir.
26. Satın alınacak test sayısı miktarı aşağıda belirtilmiştir:

Firat Üniversitesi Hastanesi
Prof. Dr. Zülal ASÇI TORAMAN
Merkez Laboratuvar Genel Koordinatörü
ve Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu
Diyadin No: 27224