

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

12.02.2021

İstem No : 54168 : 21/569
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilmelidir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat:

Tel :

Fax:

Mail :

17.02.2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217144	ASPIRASYON TORBASİ 3000 CC		1.000,0	ADET		
2	15003030217145	SKİN STAPLER		500,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

ASPIRASYON TORBASI 3000cc TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kitler birlikte ambalajlanmış hortum ve torbalardan oluşmalıdır.
- 2- Kitler, fleksibi (esnek) poletilen yapıda hacmi 3000 cc olmalıdır.
- 3- Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
- 4- Ürün üzerinde portlarla hasta bağlantısı, vakum, seri bağlantı, numune alma işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
- 5- Kitin vakum kaynağı bağlama girişinde veya torba üzerinde bir filtre bulunmalıdır. Bu filtrenin kontaminasyon riskini engelleyecek şekilde 4,45 mikronluk bakteriyel bir filtre ile aerosoller tutabilecek yapıda olmalıdır. “
- 6- Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde ayrıca mekanik bir shut off valf mekanik Şamandıra veya torba üzerinde bu görevi gören hidrofobik filtre bulunmalıdır.
- 7- Hastadan aspire edilen materyalin kite giriş yerinden geri akışı engelleyen tek yönlü valf veya hidrofobik filtre bulunmalıdır.
- 8- Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.
- 9- Örnek alınması için örnek toplama torbasının montajına uygun giriş bulunmalıdır.
- 10- Canister üzerinde acil durumlarda müdahale edilebilmeyi sağlayacak açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.
- 11- Kitler tam kapasite doldurulmaya uygun olmalıdır.
- 12- Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım hastane yönetiminin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanacaktır. (Ameliyathaneler için mobil taşıyıcılar yoğun bakım için duvar bağlantı plakaları v.s.)
- 13- Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.
- 14- Torbalar ameliyathanede kurulu sisteme uygun olmalıdır

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hekimliği
Endokrinoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı
Tıp Fakültesi No: 72993 / 131474

CİLT STAPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçinde 35 adet stapler teli bulunmalıdır.
2. Stapler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Stapler çapı cilt yüzeyinde travmaya neden olmaması için 0,58 mm olmalıdır.
4. Stapler ateşlendikten sonra yüksekliği 4 mm ve eni 6,9 mm olmalıdır.
5. Paketler üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
6. Steril paketler üzerinde ürün lot numarası yazılı olmalıdır.
7. Stapler atıcısı cilde ateşlenirken 90 derecelik açı ile temas etmelidir.
8. Ürün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
9. Üretici veya yüklenici firma 5 (beş) adet tel sökücü ücretsiz olarak teslim etmelidir.
10. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur.. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklardaki görüşleri doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

Dr. Dr. İsmail GEMİRCİ
Firat Üni. Tıp Fak. Genel Cerrahi
Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı
Eğilim No: 72653 / 131474