

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

TEKLİF İSTEME FORMU

16.02.2021

İstem No : 54070 : 21/594
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYI NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

22.02.2021 // 14:00

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501302097	OKSİJEN FLOWMETRESİ		200,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40


EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

FLOWMETRE TEKNİK ŞARTNAME

1. Flowmetrenin gövdesi krom kaplı pirinçten imal edilmiş olacaktır.
2. Flowmetrenin oksijen çıkış kısmı krom kaplı pirinçten imal edilmiş olacaktır.
3. Flowmetrenin ölçü tüpü 4 Bar basınçta 0 ile 15 lt./dak. arasındaki ölçülere göre ayarlanabilir olacaktır. Bu ölçüler kolaylıkla okunabilir olacaktır.
4. Nemlendirme şişesi en az 200 ml hacminde olacaktır.
5. Debimetre tüpü ile nemlendirme şişesi kırılma direnci yüksek polikarbon malzemeden imal edilmiş olacaktır. Debimetre tüpü de nemlendirme şişesi de şeffaf ve sağlam olacaktır.
6. Debimetre şişesi de, nemlendirme şişesi de 121 °C sıcaklıkta 15 dakika süreyle autoclav cihazına sokularak sterilize edilebilir özellikte olmalıdır ve kesinlikle erimemelidir.
7. Flowmetreyi gaz prizine tutturmak için kullanılan prob da pirinçten imal edilmiş ve nikel kaplanmış olmalıdır. Flowmetrenin probu BS standardında olacaktır.
8. Nemlendirme kavanozu üzerinde maksimum ve minimum su seviyesini gösteren işaretler bulunmalıdır.
9. Nemlendirme şişesinde bulunan filtre polikarbondan yapılmalıdır. Nemlendirme hortumu ve filtresi de autoclavda sterilize edilebilmelidir.
10. Flowmetrenin oksijen çıkış kısmı krom kaplı pirinçten imal edilmiş olacaktır, plastik olanlar kabul edilmeyecektir.
11. İmalatçı firmanın ISO 13485:2016 belgeli olacaktır.
12. İmalatçı firma ve flowmetre ISO 9001 belgeli olacaktır.
13. İmalatçı firmanın TSE-HYB belgesi olacaktır.
14. Flowmetre TSE ve CE sertifikalı olmalıdır.
15. Flowmetrenin UBB kaydı olmalıdır.
16. Yüklenici firmaların flowmetre imalatçısı ile yetkili bayi ve servis sözleşmesi olacak ve TITUBB kaydında gösterilmelidir.
17. Yüklenici ve imalatçı firmanın UBB kaydı olmalıdır.
18. Yüklenici firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgeli olacaktır.
19. Yüklenici Firmaların TSE-HYB belgeli olacak ve kapsamında 12426 standardı açıkça yazmalıdır.
20. Yüklenici firmaların ISO 13485: 2016 belgeli olacaktır.
21. Teknik şartnameye ve görsel fotoğrafa uygun olmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen