

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

15.02.2023

İstem No : 67883 : 23/817
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

22.02.2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013021985	EPROM FOR MOD (FRESENIUS SU ARITMA)		1,0	ADET		
2	15013021984	MICROCONTROLLER FOR (FRESENIUS SU ARITMA)		1,0	ADET		
3	15013022104	HİDROFOR ANAKART (FRESENIUS SU ARITMA)		1,0	ADET		
4	15013022105	DİYAFRAM VALF (FRESENIUS SU ARITMA)		1,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : HEMODİYALİZ

ŞARTNAME NO
1594

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 09.02.2023

DIYAFRAM VALF ŞARTNAMESİ

- 1- Valf komple plastik aksamdan oluşmalıdır.
- 2- Giriş çıkış bağlantıları 1" PVC olmalıdır.
- 3- Valf kontrol ünitesi tarafından gelen basınçlı suyla hattı kapatmalı veya açmalıdır.
- 4- Valf üzerinde fittings elemanlarının takılması için 1/4 dişli bağlantı bulunmalıdır.
- 5- Valf gerektiğinde PVC yapıştırma veya dişli bağlantılarla kullanılabilmelidir.
- 6- Valf giriş ? çıkışında rekorlu bağlantı parçaları olmalıdır.
- 7- Tedarikçi firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi , ISO9001 kalite belgeleri olmalıdır.

HIDROFOR ANAKART ŞARTNAMESİ

1. Hidrofor kartı Grundfols marka CMV 5-8 model hidrofora uygun olmalıdır.
2. Kart, soketli ve mevcut panoya uyumlu olmalıdır.
3. 2 ayrı motoru sırasıyla çalıştırma özelliği olmalıdır.
4. 220 V şebeke voltajında çalıştırılabilmelidir.
5. Yüklenici firmanın TSE12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi , ISO 9001 , ISO 14001 ve ISO 18001 belgesi olmalıdır

HAZIRLAYANLAR

Müseyin KARAGÖZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Tedavi Merkezi

ONAYLAYAN

Prof.Dr. Ayhan DOĞUKAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tescil No. 47876/52824

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	HEMODİYALİZ	
ŞARTNAME NO 1594	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 09.02.2023

EPROM VE İŞLEMCI ŞARTNAMESİ

1-Fresenius Aqua Ro modüler cihaza uyumlu olmalıdır.

2-Cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirecek yazılıma sahip olmalıdır.

3-Cihazın seri nosu ve çalışma saati kayıt edilebilir özellikte olmalıdır.

4-Eprom ve işlemci takıldıktan sonra cihazın elektriksel ve teknik güvenlik kontrolleri yapılmalıdır.

5-Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik , Yetki belgesi , ISO 9001 kalite yönetim belgeleri bulunmalıdır.

6-İşçilik ve nakliye yükleniciye ait olup sorunsuz teslim edecektir.

HAZIRLAYANLAR

Muhsin KARAKÖZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Tedavisi

ONAYLAYAN

Prof Dr. Ayhan DOĞUKAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tescil No. 47876/52824