

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

16.02.2023

İstem No : 67879 : 23/824
Talep Eden Birim : MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağıının belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlere TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax :

Mail :

22.02.2023

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030405006	HBS AG (MİKROPARTİKÜL İMMÜNOASSAY)		5.800,0	TEST		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN ARA ALIM YOLU İLE 1 KALEM KİT İHALESİ LİSTESİ

Sıra No	Testin Adı	Test Miktarı	Birim
1	HBs Ag	5800	Test

CİHAZ ve KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Teklif verecek firmalar aşağıda teknik şartnamemize uygun olarak, saatte en az 200 test çalışabilen 1(bir) adet ELISA cihazını laboratuvarımıza kurmayı taahhüt edebilmelidir. Kurulu cihazı olan firmaların tekrar cihaz kurmalarına gerek yoktur.
2. Kurulacak cihaz tam otomatik istem olmalı, cihaza reaktif ve örnekler yerleştirildikten sonra sonuç çıkıncaya kadar kullanıcı müdahalesine gerek duyulmamalıdır.
3. Cihazlar, Fluorescent Polarizasyon Immunoassay (FPIA), Direct Chemiluminescent veya Elektrochemiluminescent (ECL) teknolojisi ile çalışmalıdır.
4. Random, sürekli ve stat çalışabilmelidir. Gerçek random acces bir sistem olmalıdır.
5. Çalışmaya ara vermeden numune yüklenebilmelidir.
6. Teklif edilen en az 200 test çalışabilen cihazlara en az 25 reaktif yüklenebilmelidir.
7. Aynı anda en az 60 numune yüklenebilmelidir.
8. Reaktifler barkod etiketli olmalı, cihazın barkod okuyucusu ile tanınabilmelidir.
9. Barkotlu standart tüpler veya örnek godeleri ile çalışabilmelidir.
10. Sistem reaktiflerin saklanması için soğutucu ünite içermelidir.
11. Sistemin kontrol ünitesinde her an kullanılabilen kullanıcı eğitim programı ve kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
12. Cihaz üzerindeki reaktif ve solüsyonlar sürekli olarak cihaz tarafından kontrol edilmelidir. Sistem laboratuvar verilerinin girilmesi ve rapor edilmesi için uygun olmalı sistem tam otomatik olarak çalışabilmeli, serumların pipetlenmesi, çalışması ve değerlendirilmesi aynı sistem üzerinde olmalıdır.
13. Kitlerin miadları en az 6 ay olmalıdır.
14. Cihazlar arızalandığında en fazla 24 (yirmidört) saat içinde müdahale edilmeli, 72 (yetmiş iki) saat içinde onarılmayan cihaz emanet bir cihazla değiştirilmelidir. Bu garanti hem satıcı hem de distribütör firma tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.
15. Cihazların çalışabilir duruma gelme süresi hiçbir şekilde arızanın başladığı günden itibaren 5 (beş) iş gününü geçmemelidir. İşsizlik süresi 5 (beş) iş gününü geçerse, günlük maddi kayıp son 4 (dört) aylık test sayısı ortalamasına göre ve ilgili tarihte geçerli olan Sağlık Bakanlığı ücret tarifesi üzerinden hastane idaresine ödenecektir.
16. Kitler kullanıma hazır olmalıdır. Teklif edilen bütün kitler likit olup herhangi bir sulandırmaya gerek duyulmamalıdır.
17. Testlerin çalışma süreleri en fazla 60 dakikayı geçmemelidir.
18. Kitler kalibre edildikten sonra aynı lot numaralı kitler kalibrasyon süresi dolmadan kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır. Her yeni kutu için kalibrasyon gerekmemelidir.
19. Sistem 24 saat kesintisiz çalışabilme kapasitesine sahip olmalı ve gerektiğinde kullanıcı yazılı ve sesli olarak uyarabilmelidir. Sistem kurulurken cihazların çalışması için gerekli olan saf su ve deiyonize su sistemleri ilgili firmalar tarafından karşılanacak ve kurulması ilgili firmalar tarafından gerçekleştirilecektir.

Prof.Dr. H.Handan AKBULUT
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu
Diploma No: 32097-43248-60547-43248

1

Dr Öğr. Üyesi
Fırat Üniversitesi
Mikrobiyoloji Lab.
Dip No 110085