

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

20.02.2024

İstem No : 74392 : 24/865
Talep Eden Birim : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kiti alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

26.02.2024

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217567	HEMOSTATİK KLİP (LARGE)		900,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
5834

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 14.02.2024

HEMOSTATİK TİTANYUM KLİP TEKNİK ŞARTNAME Sİ

- 1- Klipler % 100 titanyum olmalıdır. Saf titanyum olduğu orjinal kataloğunda belirtilmelidir.
 - 2- Dokunun kaymasını önlemek için kliplerin iç yapısı Diamond (elmas) şeklinde olmalıdır.
 - 3- Klipler damar kapatma güvenliği açısından damar üzerinde kaymayan bağlayıcı a travmatik dişli olmalıdır.
 - 4- Klipler kapanırken, damarın dışarı kaymasını engellemek için uç kısmı önce kapanıp damarı çevrelemeli, arka kısmı sonra kapanmalıdır.
 - 5- Cerrahi müdahale sırasında klipler kartuştan kolaylıkla alınabilmesi için kartuşların altı yapışkanlı olmalıdır.
 - 6- Klip boyları micro ,small, small-medium,medium,medium ?large ve large olmalı klinik istediği ebattan istediği kadar talep edebilmelidir.
 - 7- Klip açık ve kapalı boyları;
Micro ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 2,6 mm , kapandıktan sonra 2,0 mm. olmalıdır.
Small ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 3,6mm , kapandıktan sonra 3,0 mm. olmalıdır.
Small-medium ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 4,7 mm , kapandıktan sonra 4,1 mm. olmalıdır.
Small-medium ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 5,6 mm , kapandıktan sonra 4,8 mm. olmalıdır.
M Small-medium ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 9,0 mm , kapandıktan sonra 7,8 mm. olmalıdır.
Large ebatındaki kliplerin boyu kapanmadan 12,3 mm , kapandıktan sonra 10,7 mm. olmalıdır.
 - 8- Her boy kartuş için 6 ve 9 adet içeren klip kartuşları olmalı , ürünler kliniğin istediği kartuş içeriği olarak teslim olmalıdır.
 - 9- Kartuşlar kolay ayırt edilebilmesi için renk kodlu olmalıdır. Steril ambalajında olmalıdır.
 - 10- Manyetik olmamalıdır, MR ve benzeri görüntüleme sistemlerinde görüntü imajını saptırmamalıdır.
 - 11- Klipsler ile birlikte ürünlerin kullanım süresince kullanılmak üzere aplikatörler bedelsiz olarak verilmelidir.
 - 12- Ürünler alımına numune kullanımı sonrası karar verilecektir.
- APLIKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
- Reusable olmalıdır.
 - Açık cerrahi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
 - Uzunluğu her boy klips için 19 ve 28 cm. seçenekleri olmalı , ayrıca 28 cm olan aplikatörler için right angel modeli bulunmalıdır..
 - Teklif edilen kliplere uyumlu olmalıdır ve aplikatörün kolay ayırt edilebilmesi için kliplerle aynı renk kodu bulunmalıdır.
 - Otoklava dayanıklı olmalıdır.
 - Klip ve uyumlu aplikatörleri bir bütün olduğundan , aynı marka ürün tercih edilecektir. Bunun için her iki kalemin toplamında ,uygun fiyat veren marka ürün tercih edilecektir.

HAZIRLAYANLAR
Prof. Dr. Erhan KILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Dip. Tescil No: 13325 - 34981

Doç. Dr. Sefa KEV
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Dip. Tescil No: 13325 - 34981

ONAYLAYAN