

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

07.03.2019

İstem No : 44154 : 19/963
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10-Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde ödenecektir.**

Son Teslim Tarih & Saat :

Ek - 1 : Teknik Sarfnameler

1400
13.03.2019

DOÇ.DR.FAİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	99902428	WOLF MARKA 8,5-9,5 FRENCH SEMİRİJİT URS CİHAZI BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ		1,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

8.5-9.5 FR URS CİHAZI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TAMİR KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAK OLAN URS NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

- 1.) Teklif edilen uretero-renoskop diagnostik, pnömatik, ultrason, elektrohidrolik ve laserle taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.) Teklif edilen uretro-renoskopun çalışma uzunluğu 43 cm. olmalıdır.
- 3.) Teklif edilen uretro-renoskop operasyon esnasında uretrayı ve ureteri daha az travmatize etmesi ve daha iyi dilate etmesi açısından distal uçtan proximal uca doğru konikal olarak (kademe çıkıntıları olmadan) genişlemelidir.Sadece distal uca yakın tek kademesi olmalıdır.
- 4.) Teklif edilen uretero-renoskop distal uça 8 Fr. , proximal uça ise 9.8 Fr olmalıdır ve bu artış adımsız (kademe çıkıntıları olmadan) konikal olarak olmalıdır.
- 5.) Operasyon esnasında uretero-renoskopun kanalından kullanılan lithotriptör proplarının uçlarının optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 12° olmalıdır.
- 6.) Teklif edilen uretro-renoskopun tek enstruman kanalı olmalı ve aspirasyon-irrigasyon için muslukları bulunmalıdır.Beraberinde bu musluklara takılan Luer-LOCK adaptörleri de verilmelidir.
- 7.) Uretero-renoskopun düz kanalından rijit enstrumanlar ve pnömatik lithotriptörün problemleri kullanılırken lateral kanalından ise flexible enstrumanlar ve basket forsepsler kullanılabilir.
- 8.) Teklif edilen uretero-renoskopun vizörü çalışmayı kolaylaştıracı açılı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 9.) Irrigasyon kanalları 5,2 x 6.2 Fr çapında olmalıdır.
- 10.)Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma kanallarından 1 adet 5 Fr lik enstruman tek başına ya da 2 adet 3 Fr lik enstruman aynı anda kullanılabilir.
- 11.) Teklif edilen uretero-renoskop 30.000 pixellik bir imaj görüntüsü sağlayabilir.
- 12.) Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
- 13.) Otoklavlanabilir.
- 14.) Ameliyathanede bulunan mevcut R.WOLF marka sistemler ile uyumlu olmalıdır.
- 15.) R.WOLF MARKA ENDOSKOPİK CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIMI KONUSUNDA ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN YETKİ BELGESİ BULUNMALIDIR. YETKİ BELGESİ BULUNMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

PROF.DR.İRFAN ORHAN
ÜROLOJİ ANABİLİMDALİ BAŞKANI