

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İstem No : 69737 : 23/2550
İlgili Bölüm : GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ
Sayı : B.30.2.FIR.0,1,00-00/
Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

07.06.2023

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Kullanılmak Üzere üzere cinsi ve miktarı belirtilen 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme 22 F Usulüyle 1 Yıl Boyunca Şartnamelerine Göre satın alınacaktır.

Yapılacak olan ihalede yaklaşık bedel tespitinde kullanılmak üzere Yıl içerisinde Kullanılması Tahmin Edilen Cinsi Ve miktarı belirtilen malzemenin KDV. hariç birim fiyatının tesbit edilerek en kısa zamanda Proforma fatura ile tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

14⁰⁰

Son Teslim Tarih & Saat : 20/06.2023

Doç. Dr. Gökhan ARTAŞ
Başhekim Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Tahmini Miktarı	Birimi	Toplam Tutarı
1	15003039910213	PERİKARDİYUM HEALİNG MEMBRAN 130 X 130 MM		150	ADET	

BOVİNE PERİKARDİYUM KOLAJEN MEMBRAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Ürün liyolifize edilmiş Tip I kolajen olmalıdır ve kolajen tabaka ıslak veya kuru yapıda olmalıdır,yara yüzeyinde emilmelidir.
- Ürün sığır (bovine) kaynaklı olmalıdır.
- Ürün doku yenilenmesi için matriks görevi görmeli ve aynı zamanda hemostatik olmalıdır.
- Ürün Fibroblast çimlenmesi,yeni doku ve kan damarı oluşumuna izin vermelidir.
- Ürün tercih edilecek boyutlarda olmalı veya kesilebilmeli ve şekillendirilmeye uygun olmalıdır.
6X8-6X18-8X12-10X16-12X16-13X22
- Ürün EN ISO 9001/ISO 13485/ISO 14001:2004 standartları gereğine uygun olmalıdır.
- 93/42/EEC yönergesine uygun olmalıdır.
- Ürün,1. ve 2.derece yanıklarda,donör sahalarında,tüm kronik ülserlerde,akut,travmatik ve cerrahi yaralarda,az ve orta eksudalı yaralarda kullanılabilmelidir.
- Ürün kare,dirt dörgen ve oval delikli(geçirgen) ve deliksiz(sızdırmaz) gibi formlara sahip olmalıdır.
- Ürün Gama sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
- Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
- Ürüne ait klinik çalışmalar istenildiği takdirde tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Akın Eraslan BAL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.B.D.
43816 - 47100

İzmir Sıkırtıcı Sıkırtıcı