

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

30.07.2021

İstem No : 57035 : 21/2790
Talep Eden Birim : GENEL AMBAR (DEPO)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

03. 08. 2021

14:00

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399225	OTOMAT KALEM İĞNE UCU		30.000,0	ADET		
2	15003030199248	EL VE AYAK SABİTLEYİCİSİ		2.000,0	ADET		
3	15003030199126	PLASTİK SÜRGÜ		2.000,0	ADET		
4	150030399217	PLASTİK ÖRDEK		2.000,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

1- OTOMAT KALEM İĞNE UCU

13. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset her spesifik test için en az dört farklı ölçü (düşük, orta, normal ve yüksek) akışlı olmalıdır. (18G - 1,8mm), (28G - 1,8mm), (21G - 2,2mm), (21G - 2,8mm)
14. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset, hem donör hem de sağlık personelinin emniyeti için, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
15. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset kullanım esnasında herhangi başka bir cihaz veya adaptöre gereksinim duymayacak şekilde tam otomatik olmalıdır.
16. Güvenli tek kullanımlık otomatik lansetin kullanımı pratik olmalı, kullanıcıya güven ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.
17. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset kullanımdan sonra otomatik olarak kendisini kitleyerek, donörü ve sağlık personeli kazara olabilecek iğne batmalarına ve kontaminasyona karşı korumalıdır.
18. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset plastikten imal edilmiş olmalı, iğnesi keskin ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
19. Güvenli tek kullanımlık otomatik lansetin içinde özel yay sistemi olmalı, bu sayede hızlı ve konforlu bir delme sağlamalıdır.
20. Güvenli tek kullanımlık otomatik lansetin ergonomik şekli ve kavrama özelliği olmalı, bu sayede kolay tutulup kullanılabilmelidir.
21. Güvenli tek kullanımlık otomatik lansetin iğne derinliği kontrollü olmalı, her seferinde tam ve eşit derinlikte işlem yapılmasını sağlamalıdır.
22. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset kullanımdan sonra otomatik olarak kendisini kitlemeli, bio emniyet açısından yeniden kullanılmaya imkan vermemelidir.
23. Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset iğnesi kesinlikle görülmemeli ve bu sayede donörlerin kan vermekten çekinmelerini önlemelidir.
24. Katılımcı firmalar iğne ucuna uyumlu 100 (yüz) adet otomat kalem vermelidir.

2- EL VE AYAK SABİTLEYİCİ

16. Ürün süngerimsi kumaştan yapıp, cildi tahriş etmemeli ve dolaşımı engellememelidir.
17. Tespitlemenin sağlam ve güvenli olması için 2 adet sabitleme bağı ve germeyi kolaylaştıran metal gergi mekanizması bulunmalıdır.
18. Yetişkin ebadı olmalıdır.
19. Tekli poşetler halinde şeffaf ambalajlarda olmalıdır.
20. Tespitleyicinin uç kısmında ayarlanabilen açılır kapanır bant sistemi olmalıdır.
21. Ürün hastadan çıkarıldığında acı vermemelidir.
22. Tespitleyicinin ayak bilekleri için eni 7cm, boyu 40cm olmalı ve ekstra sabitleme için 1 adet 150cm sabitleme şeridi bulunmalıdır.
23. Ürünün el ve ayak bilekleri için farklı boyutları olmalıdır.
24. Ürün kolay açılmalıdır
25. Ürün hasta pozisyon değişikliği için kullanıcıya olanak sağlamalıdır.
26. Ürün normal depolama koşullarında 15 – 30 C oda sıcaklığında ve % 35 – 60 nemli ortamda saklanmalıdır
27. Ürün tek tek non steril edilmiş ambalajlarda olmalıdır.
28. Paket içinde lot no, son kullanma tarihi bulunmalıdır
29. Ürün UBB ve uluslar arası güvence belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
30. Ürünün, üretici ve satıcı firma tarafından garantisi verilebilmelidir.

Metin ÇEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Orhan YILDIZ
Ambar Birim Sorumlusu

3- PLASTİK SÜRGÜ

1. Sürgü polypropilen malzemeden yapılmış olmalı
2. Tutmak için kulpu ve kapağı olmalı
3. Üzeri eksiz ve pürüzsüz olmalı
4. Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemeli
5. Yatan hasta altına rahat yerleştirilecek (ergonomik) dizaynda olmalı
6. Kolay temizlenebilir özellikte olmalı ,
7. Malzemeler 25'lik çuval içerisinde olmalıdır.
8. Teklifle birlikte numune getirmek zorunludur, numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- PLASTİK ÖRDEK

1. Plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Tutmak için kulpu olmalıdır.
3. Üzeri eksiz ve pürüzsüz olmalıdır.
4. Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.
5. Rahat yerleşmelidir.
6. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
7. Ördek ölçekli olmalıdır.
8. Malzemeler 25'lik çuval içerisinde olmalıdır
9. Teklifle birlikte numune getirmek zorunludur, numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.


Metin ÇEBECİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü


Orhan YILDIZ
Ambar Birim Sorumlusu