

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

16.05.2023

İstem No : 69412 : 23/2229  
Talep Eden Birim : MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

**Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynağı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

Tel :  
Fax :  
Mail :

**Son Teslim Tarih & Saat :** 14:00

20.06.2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150120699077	STERİLİZASYON İÇİN MODÜLER TEL RAF		15,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

**Adres:** Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

**Tel:** 0424 233 35 55

**Fax:** 0424 233 90 40

**EPOSTA :** dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1


*İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
-----------------------	-------------------------------

ŞARTNAME NO 2271	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 11.05.2023
---------------------	----------	-------------------------------

\*TS-12426  
\*TS-13005  
\*TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ  
\*ISO-14001:2004  
\*ISO10002:2004  
\*OHSAS 18001:2007  
18.Demonte gelen raflar, teklif veren firma tarafından Ünite de kurulumu gerçekleştirilmelidir.


#### HAZIRLAYANLAR

Tuncay KOÇOĞLU  
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu  
Teknisyeni



#### ONAYLAYAN

Prof.Dr.Ismail DEMİREL  
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlu Öğretim Üyesi



T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

ŞARTNAME NO  
2271

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 11.05.2023

MODÜLER TEL RAF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Paslanmaz çelik raflar AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Rafların gövdesi yanlarda ve ortalarda 5.8 mm, üstte 20 mm aralıklarla dizilmiş, 3.5 mm kalınlıktaki çubuklardan oluşturulmuş olmalıdır.
- 3.Yanlarda 6 mm çerçeve görevi gören çubuklar ve arada mukavemeti güçlendiren zig-zag biçimi verilmiş 5 mm tel parçalar olmalıdır.
- 4.Rafların her bir dört köşesine 32 mm çaplı 2 mm et kalınlıkta borudan şekillendirilmiş konik parçalar kaynatılmış olmalıdır.
- 5.Uzun ve geniş rafların orta kalın çubuklarına güçlendirici olarak zig-zag ve 6 mm çubuktan oluşan takviyeler monte edilmiş olmalıdır.
- 6.Raflar, elektro polisaj işlemine tabi tutulmuş, yüzeyi korozyona karşı daha dayanıklı hale getirilmiş olmalıdır.
- 7.Raf ünitesi, ayakları AISI 304 kalite paslanmaz çelik 25 mm çaplı boruya 25 mm aralıklarla yiv açılarak imal edilmiş olmalıdır.
- 8.Ayaklar raflar ile aynı yüzey işlemlere tabi tutulmalıdır.
- 9.Elektro polisaj işlemi bittikten sonra ayak alt kısımlarına dişli parçalar geçirilmekte ve yükseklik ayarı sağlayan civatalar takılı olmalıdır.
- 10.Rafların ayaklara montajı, poliamid parçaların, istenen yükseklikte, yivlere oturulması ve rafların köşelerinde bulunan konik parçalara geçirilmesi ile yapılmalıdır.
- 11.Paketleme işlemi yapılmış malzemelerin sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra istiflenebilmesine, stok tutulmasına uygun olmalıdır.
- 12.Modüler yapıda olmalı, ayakları ayarlanabilmelidir.
- 13.Rafın ölçüleri, 4katlı,rotil ayaklı,46x152x183 ölçülerinde tel raf şeklinde olmalıdır.(Ünitede bulunan diğer raflarla aynı olabilmesi için)
- 14.Rafların imalatında kullanılan tüm kaynaklı birleştirmelerde argon kaynağı ve soğuk puntolama kullanılmalıdır.
- 15.Kaynak yapılan yüzeylerde şeritli satine sağlayan taşlama yapılarak her hangi bir kaynak izi bırakmaksızın kaynak işlemi kesinlikle belli olmadan sonlandırılmış olmalıdır.
- 16.Raflar, estetik, kullanımı kolay ve kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır. Dezenfektan gibi kimyasal temizleyici maddeler ile dezenfekte edilebilmelidir.
- 17.Üretici firmanın aşağıda belirtilen kalite belgelerine sahip olması gerekmektedir.

\*ISO-13485

\*ISO-9001

HAZIRLAYANLAR

Tuncay KOÇOĞLU  
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu  
Teknisyen



ONAYLAYAN

Prof.Dr.İsmail DEMİREL  
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlu Öğretim Üyesi

