

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

31.05.2022

İstem No : 62305 : 22/2363
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00

06.06.2022

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501302320	FREKANS İNVERTÖRÜ		3,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55


Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

FREKANS İNVERTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastanemizdeki hijyenik klima santrallerinde bulunan invertörlerin (5,5 kw-1,5kw ve 4 kw) montajı teklif kalan firma tarafından yapılacaktır.
- 2- Otomasyon ile ilgili problemler yine teklif kalan firma tarafından düzeltilecektir.
- 3- Fotoğraflarda gösterilen numunelerin aynısı olmalıdır.
- 4- Sistem çalışır vaziyette teslim edilmelidir.



Talet DEYLAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

Altivar

ATV212HU55N4

5.5kW-7.5HP

V5.5 IE54

kW	Input	Output
U(V~)	380-480 Φ 3	380-480 Φ 3
F(Hz)	50/60	0.5/200
I(A)	10.9max	12.0


HP	Input	Output
U(V~)	380-480 Φ 3	380-480 Φ 3
F(Hz)	60	0.5/200
I(A)	10.9max	12.0

SCCR: for rating and protection
refer to installation document

Motor Overload Protection - class 10



Cu AWG14:75°C
1.3 Nm 10.7 lb-in



LISTED 170M
IND. CONT. EQ.
E114879




3B1718717338

Made in Indonesia Telemecanique

Tahir CEYLAN
Firat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATLI
Firat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen



Talat CEYLAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Müdürlüğü

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

invt



Model: GD100-004G-4

IP20

Power: 4kW

Input: AC 3PH 380V(-15%)-440V(+10%) 13.5A 47Hz-63Hz

Output: AC 3PH 0V-Vin 9.5A 0Hz-400Hz



F144011449

GD100-004G-4 (F) 201404056 01

Made in China

S/N:

Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.

Talet ZEYLAN
Firat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAR
Firat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen