

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

05.09.2024

İstem No : 77993 : 24/3734
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
10. 09. 2024

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	25510020204001	KARTLI KOLLU OTOPARK BARIYERİ		1,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

TEKNİK BİRİM GENEL

ŞARTNAME NO
7555

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 09.08.2024

KARTLI KOLLU OTOPARK BARIYER YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Dış kabini dayanıklı ve güçlü olmalıdır.

Uluslararası standartlarına uygun olmalı

Hava koşullarından etkilenmemeli

ÖZELLİKLERİ:

Açılma Zamanı: 3M-1,2sn, 5m-3,5sn, 6m-5,5 sn (ayarlanabilir)

Çalışma Gerilimi: 24V(±10)(DC) 50/60 Hz.

Maks. Kol Uzunluğu: 6000mm

Günlük Maks. Çalışma Sayısı: 5082 Açma/ Kapama

Gürültü Seviyesi: ?62Db

Bariyer Ağırlığı: 75 kg

Opsiyonlar: Fotosel, Flaşör, Trafik Lambası, Loop Dedektör

Çalışma Sıcaklığı: -20°C/+50°C

Garanti Yılı: 3 yıl

Garanti Uzatma: Var

Ürün Yedek Parça Temin Garantisi: 10 yıl

Arma Kart ile tüm Access Kontrol Sistemlerine Uyumlu olmalıdır.

Emniyet fotoseli kartla çalışma özelliği ve kumanda özeliği olacaktır.

Yüklenici firma tüm montajını yapıp, çalışır vaziyette teslim edecektir.

NOT: Bu ürün talebi ile birlikte 2 adet yedek fotosel takımı da istenecektir..

HAZIRLAYANLAR

Şinasi FIDANOĞULLARI
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknik Birim Depo Sorumlusu

ONAYLAYAN

Talet CEylan
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

KARTLI KOLLU OTOPARK BARİYER YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Dış kabini dayanıklı ve güçlü olmalıdır.

Uluslararası standartlarına uygun olmalı

Hava koşullarından etkilenmemeli

ÖZELLİKLERİ:

Açılma Zamanı:3M-1,2sn,5m-3,5sn,6m-5,5 sn(ayarlanabilir)

Çalışma Gerilimi:24V(±10)(DC)50/60 Hz.

Maks. Kol Uzunluğu:6000mm

Günlük Maks. Çalışma Sayısı: 5082 Açma/ Kapama

Gürültü Seviyesi: ≤62Db

Bariyer Ağırlığı:75 kg

Opsiyonlar: Fotosel,Flaşör,Trafik Lambası,Loop Dedektör

Çalışma Sıcaklığı:-20°C/+50°C

Garanti Yılı: 3 yıl

Garanti Uzatma: Var

Ürün Yedek Parça Temin Garantisi:10 yıl

Arma Kart ile tüm Access Kontrol Sistemlerine Uyumludur.

Emniyet fotoseli kartla çalışma özelliği ve kumanda özelliği olacaktır.

Yüklenici firma tüm montajını yapıp, çalışır vaziyette teslim edecektir.

NOT:Bu ürün talebi ile birlikte 2 adet yedek fotosel takımı da istenecektir.

