

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

TEKLİF İSTEME FORMU

28.04.2020

İstem No : 50096 : 20/1273
Talep Eden Birim : ANESTEZİYOLOJİ VE REANİM.YOĞUN BAKIM KL-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat : 14.00 -

Tel :

Fax :

Mail :

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

04-05-2020

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15006020106002	POZİSYON YASTIĞI		8,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

POZİYON YASTIKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜÇGEN PRİZMA DESTEK YASTIĞI ŞARTNAMESİ

1. Yastık 600x400x300 mm (± 50) ölçülerinde prizmatik yapıda olmalıdır.
2. Dışı sıvı geçirilmeyi önleyecek kılıf ile muhafaza edilmiş olmalıdır.
3. Dış kılıf sünger çökme yapmayan özel orta sertlikteki materyalden yapılmış ve dansite özelliği 32kg/ m³ olmalıdır.
4. Üçgen prizma yastık aynı zamanda 3 farklı kullanım amacına uygun olmalıdır. 30 ve 50 derece olarak kullanılabilir. Ayak düşmesini engelleyici yapıda ve diz altı kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
5. Yastık dayanıklı üründen yapılmış olmalıdır
6. Kılıf fermuarlı ve çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
7. Kılıf uygun dezenfektanlarla temizlenebilir olmalıdır.
8. Kılıf ürüne uygun yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Üründen 2 (iki) adet talep edilmektedir.

Prof. Dr. Aziz BEŞTAŞ
Erciyes Üniversitesi Hastanesi
Ameliyat ve Bezi A.B.D.
Ameliyat ve Bezi B.D.
Tic. Sic. No: 44044/41614

ELİPS BACAK ARASI DESTEK YASTIĞI ŞARTNAMESİ

1. Yastık 300x90x300x120 mm (± 30) ölçülerinde prizmatik yapıda olmalıdır.
2. Dışı sıvı geçirilmeyi önleyecek kılıf ile muhafaza edilmiş olmalıdır.
3. Dış kılıf sünger çökme yapmayan özel orta sertlikteki materyalden yapılmış ve dansite özelliği 32kg/ m³ olmalıdır.
4. Elips bacak arası destek yastığı 2 farklı kullanım amacına uygun olmalıdır. Bacak arası ayak bileği ve dirsek el bileği olarak kullanılabilir olmalıdır.
5. Sürtünmeyi engelleyici yapıda olmalıdır.
6. Yastık dayanıklı üründen yapılmış olmalıdır.
7. Kılıf fermuarlı ve çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
8. Kılıf uygun dezenfektanlarla temizlenebilir olmalıdır.
9. Kılıf ürüne uygun yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Üründen 2 (iki) adet talep edilmektedir.

A. Beştaş
Erciyes Üniversitesi Hastanesi
Ameliyat ve Bezi A.B.D.
Ameliyat ve Bezi B.D.
Tic. Sic. No: 44044/41614

AŞİL DESTEK YASTIĞI ŞARTNAMESİ

1. Yastık 240x180x140 mm (± 30) ölçülerinde özel dizayn yapıda olmalıdır.
2. Dış sıvı geçirmeyi önleyecek kılıf ile muhafaza edilmiş olmalıdır.
3. Dış kılıf sünger çökme yapmayan özel orta sertlikteki materyalden yapılmış ve dansite özelliği 32kg/ m³ olmalıdır.
4. Yastık aynı zamanda 2 farklı kullanım amacına uygun olmalıdır. Aşil ve dirsek el bileğinde kullanılabilmelidir.
5. Sürtünmeyi engelleyici yapıda olmalıdır.
6. Yastık dayanıklı üründen yapılmış olmalıdır.
7. Kılıf fermuarlı ve çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
8. Kılıf uygun dezenfektanlarla temizlenebilir olmalıdır.
9. Kılıf ürüne uygun yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Üründen 2 (iki) adet talep edilmektedir.

Abdullah BESTAŞ
Genel Müdür
Tic. Sic. No: 44304/41614

PRONE POZİSYONU BAŞ YASTIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yastık jel yapıda olmalıdır.
2. Yastık özellik olarak hastanın prone pozisyonunda konumlandırıldığı şekilde hava yolu girişi sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Yastık anti allerjik yapıda olmalıdır.
4. Hasta prone pozisyondayken alın kısmı rahat edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Sürtünmeyi engelleyici yapıda olmalıdır.
6. Dezenfektanlarla temizlenebilir olmalıdır.
7. Yastık dayanıklı üründen yapılmış olmalıdır.
- 8- Üründen 2 (iki) adet talep edilmektedir.

Abdullah BESTAŞ
Genel Müdür

- Ürünlerde oluşabilecek deformasyonlara karşı firmadan yeni ürün değişimi için 2 (iki) yıl taahhüt alınmalıdır.
- Numune getirilmesi zorunludur.
- Ürünün UBB ve SUT kaydı olmalıdır.
- Avantajlı ürünler değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

Abdullah BESTAŞ
Genel Müdür