

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

26.09.2025

İstem No : 85545 : 25/4363
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durumu teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat:

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

01.10.2025

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217240	2/0 POLİGLECAPRONE / O		240,0	ADET		
2	15003030217591	2/0 İPEK ATR / O		600,0	ADET		
3	15003030217039	4/0 POLİDİAKSANON / O		240,0	ADET		

Ek: Teknik Şartname Not: Numuneler İlgili Bölüm Tarafından Seçim Aşamasında Talep Edilecektir.

Adres: Firat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO
10182

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.09.2025

1 NOLU POLYGLECAPRONE SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği polyglecaprone olmalıdır.
2. Sentetik, emilebilen, monoflaman yapıda olmalıdır.
- 3- Dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.
- 4- Sütür yumuşak dokularda kullanılmak üzere renkli formda, cilt için kullanımda hasta konforu ve estetik görünüm için renksiz formda olmalıdır.
- 5- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında

Renksiz formlar için 1. hafta %50
2. hafta %20

- 6- Renksiz form 21 gün doku desteği sağlamalıdır.
- 7- Vücuttan tamamen atılımı 90-120 gün içerisinde olmalıdır.
- 8- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9- Kolay düğüm kaydırılmalıdır.
- 10- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemelidir.
- 11- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
- 12- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 13- İğneler çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 14- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 15- İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
- 16- İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
- 17- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.
- 18- Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- 19- Su ve nemden etkilenmemelidir.
- 20- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- 21- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.
- 22- Dış ambalaj kolay açılabilir olmalıdır.
- 23- Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.
- 24- Sütür teslimatından sonra miadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 25- Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiği durumda numune talep edilebilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversitesi Hastanesi
Ameliyathane
Şefi T. K.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Firat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
A.D. Başkanı
Diploma No: 72993/131474

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)	
ŞARTNAME NO 10182	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 23.09.2025

istenilmesi halinde , numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.

2.kalem yuvarlak çift iğne 26 mm olmalı

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Niyazi ATICI
Sağ Tek

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Elazığ - 46100
A.İ. Sağlık
Tic. Sic. No. 72983/131474

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO
10183

ŞARTNAME


Düzenleme Tarihi : 23.09.2025

2 İPEK SÜTÜR MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME


1. Sterilizasyon süresi malzemenin teslim tarihinden sonra en az 4 yıl olmalıdır.
2. Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
3. Malzeme USP standartlarına uygun olmalıdır.
4. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
5. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. Düğüm sırasında sütür kopmamalıdır. Düğüm atma esnasında kopan sütürler değerlendirme dışı bırakılıp tercih edilmeyecektir. Bu durum ilgili kliniklerin raporların doğrultusunda yapılacaktır.
6. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
7. İstenilen her malzemenin iğne boyu (+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
8. Birim ambalaj: sentetik multiflament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
? İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
? İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
? İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
? İğnesiz ise sütür adedi
? Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
? Sütürün uzunluğu
? Sütürün rengi
? Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
? son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
? İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
? Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
? Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
9. Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiği durumda numune talep edilebilecektir, istenilmesi halinde , numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.

2.kalem Yuvarlak iğne 26 mm

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
NİHAZATÇI
Doç. Dr. Elazığ


ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ameliyathane ve Fizyoterapi
Bölümü Başkanı
E-posta No: 72993/131474


T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO
10184

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.09.2025

3 NOLU MALZEME POLYDİOXANONE SÜTÜR ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği Polydioxanone (Loop) olmalıdır.

2. Monofilaman yapıda olmalıdır.

3. 60 gün doku desteği sağlamalıdır.

4. Ortalama 180-210 gün içinde vücuttan tamamıyla atılmalıdır.

5. Gösterdiği gerilme gücü 3/0 ve kalınlar için

*14. günde ortalama %75

*28. günde ortalama %70

*42. günde ortalama %50 olmalıdır.

6-İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

7-Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.

8-Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir. Sütür atılırken iğne ile ipin bağlantı noktasından ip iğneden ayrılmalıdır.

9-İstenilen her malzemenin iğne boyu (1+mm, -1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.

10-Birim ambalaj: sentetik multifilament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

? İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı

? İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)

? İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)

? İğnesiz ise sütür adedi

? Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak)

? Sütürün uzunluğu

? Sütürün rengi

? Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

? İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir

? Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.

Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

11-Raf ömrü en az 5 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

12- Malzeme USP standartlarında olmalıdır.

13. Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi

NİHAZ ATICI

Sağ. Tek.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Cerrahi Anesteziyon
Baş. Uzmanı
T.C. Kimlik No: 77993/131474

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)	
ŞARTNAME NO 10184	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 23.09.2025
14- Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca numuneler denendikten sonra ilgili kliniklerin malzeme kullanımına dair raporları doğrultusunda seçim yapılacaktır. 3.kalem yuvarlak iğneli (loop) 16 mm		
HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
Firat Üniversitesi Hastanesi Nihad ATICI Dokümanlar Tek.		Prof. Dr. İsmail DEMİREL Firat Üniversitesi Hastanesi Ameliyathane Koordinasyon Bölümü Başkanı Tic. Sic. No 125131474
Firat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		Sayfa 2