

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

14.09.2026

İstem No : 92508 : 26/4562
Talep Eden Birim : ACIL TIP POLİKLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif değerlendirme aşamasında sadece idarenin talep edeceği firmalardan numune istenecektir. Doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 120 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat:

18.09.2026

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15006020102004	SEDYE ÖRTÜSÜ PVC KAPLI LASTİKLİ ALEZ		300,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

SİYAH PVC LASTİKLİ SIVI GEÇİRMEZ SEDYE / MUAYENE MASASI ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Tanımı

1.1. Ürün; sedye, muayene masası ve benzeri sağlık hizmetlerinde kullanılan yüzeylerin korunması amacıyla kullanılacak, siyah renkli, PVC esaslı veya PVC kaplamalı, sıvı geçirmez, yıkanabilir ve lastikli sedye/muayene masası örtüsü (alez) olacaktır.

2. Teknik Özellikler

2.1. Ürün ölçüsü **80 x 200 cm** olacaktır.

2.2. Ölçülerde **±2 cm tolerans** kabul edilecektir.

2.3. Ürün siyah renkte olacaktır.

2.4. Ürün PVC esaslı veya PVC kaplamalı, sıvı geçirmez malzemeden üretilmiş olacaktır.

2.5. Ürün; su, kan, vücut sıvıları ve benzeri sıvıların sedye veya muayene masasına geçmesini engelleyecek şekilde **sıvı geçirmez** özellikte olacaktır.

2.6. Ürün yüzeyi düzgün, kolay temizlenebilir ve hijyenik kullanıma uygun olacaktır.

2.7. Ürünün kenarlarında elastik lastik bulunacaktır. Lastik, ürünün sedye veya muayene masasına düzgün şekilde geçirilmesini ve kullanım sırasında yerinden çıkmamasını sağlayacaktır. Lastikler sağlam kolay kopmayacak malzmeden yapılacaktır.

2.8. Lastik ve kenar birleşimleri sağlam ve düzgün olacaktır.

2.9. Ürün yıkanabilir olacaktır. Tekrar tekrar temizlenmeye ve sağlık kuruluşlarında kullanılan uygun temizlik/dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olacaktır.

2.10. Yıkama ve temizlik sonrasında ürünün sıvı geçirmezlik özelliğinde, ölçülerinde ve fiziksel bütünlüğünde kullanımını engelleyecek bozulma meydana gelmemelidir.

2.11. Ürün yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.

2.12. Üründe delik, yırtık, çatlak, deformasyon, üretim hatası veya kullanım amacını olumsuz etkileyecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.

2.13. İstenilen malzeme 300 adet olacaktır

3. Firma Bilgileri ve İletişim Bilgileri

3.1. Teklif veren firmaya ait **firma unvanı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi** teklif kapsamında açık ve okunabilir şekilde belirtilecektir.

3.2. Firma tarafından sunulan katalog, ürün bilgi formu, numune teslim tutanağı, teklif dosyası ve ürün ambalajlarında yer alan firma iletişim bilgileri **silinmeyecek, kolayca okunabilecek ve anlaşılabilir nitelikte** olacaktır.

3.3. Firma telefon numarası/numaraları **açık, eksiksiz ve okunaklı** olarak yazılacaktır. Eksik, silik, okunamayan veya iletişim kurulmasını engelleyecek şekilde düzenlenmiş telefon bilgileri kabul edilmeyecektir.

Ersin DOĞAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Acil Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Çetin ÇAKTEKİN
F.D. HASTAHESİ A.CİL TIP AD
Dip. Tıp Fak. T.C. Sağlık Bakanlığı

Prof. Dr. Mehmet Çetin ÇAKTEKİN
F.D. HASTAHESİ A.CİL TIP AD
Dip. Tıp Fak. T.C. Sağlık Bakanlığı

3.4. İdare tarafından gerektiğinde firma ile ürün, numune, teslimat veya teknik hususlarla ilgili iletişim kurulabilmesi amacıyla verilen iletişim bilgilerinin güncel ve kullanılabilir olması firmanın sorumluluğunda olacaktır.

4. Numune Sunulması ve Değerlendirilmesi

4.1. Teklif edilen ürünün Teknik Şartname'de belirtilen kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla idare tarafından **numune istenebilecektir**.

4.2. Sunulacak numune, teklif edilen ürünün kendisi ile aynı özelliklerde olacaktır.

4.3. Numune üzerinde veya numune ile birlikte teslim edilen belgelerde aşağıdaki bilgiler açık ve okunabilir şekilde bulunacaktır:

- Firma unvanı,
- Ürün adı,
- İhale/kalem veya sıra numarası,
- Ürünün ölçüsü,
- Marka/model bilgisi varsa marka ve model bilgisi,
- Firma telefon numarası,
- Gerekli diğer iletişim bilgileri.

4.4. Numune, idare tarafından teslim alınırken tutanak düzenlenecek ve numunenin teslim alındığı kayıt altına alınacaktır.

4.5. Numune değerlendirmesinde ürünün; ölçüsü, malzemesi, rengi, lastik yapısı, sıvı geçirmezliği, yıkanabilirliği, işçilik kalitesi ve bu Teknik Şartname'de belirtilen diğer özelliklere uygunluğu kontrol edilecektir.

4.6. Numunenin Teknik Şartname'de belirtilen özelliklerden herhangi birini karşılamaması halinde numune **uygunsuz** olarak değerlendirilecektir.

4.7. Numunenin uygun bulunmaması halinde, uygunsuzluk gerekçesi numune değerlendirme tutanağında açıkça belirtilecektir.

5. Uygun Olmayan Numunenin Geri Alınması

5.1. İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda numunenin Teknik Şartname'ye uygun bulunmaması halinde, firma numunesini geri almak istediğini idareye yazılı olarak bildirebilir.

5.2. Firma tarafından geri alınması talep edilen uygun olmayan numune, **firmanın kendi imkânları ve kendi masrafları ile** idareden teslim alınacaktır.

5.3. Numunenin geri gönderilmesi veya firma tarafından teslim alınması durumunda oluşabilecek kargo, nakliye, kurye, taşıma ve benzeri tüm giderler firmaya ait olacaktır.

5.4. Firma, numuneyi geri almak istediğini bildirmesi halinde idare tarafından bildirilecek süre içerisinde numuneyi teslim almakla yükümlüdür.

5.5. Firma tarafından belirtilen süre içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili olarak idarenin tabi olduğu mevzuat ve kurumun taşınır/aynı mal işlemlerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

5.6. Numunenin idare tarafından firmaya gönderilmesinin talep edilmesi halinde, gönderim bedeli ve taşıma sırasında oluşabilecek masraflar firmaya ait olmak üzere,

Ersin DOĞAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Açık Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Çelikkaya
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Açık Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet Çelikkaya
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Açık Sorumlusu
Dip Tes No: 131000

firma tarafından sağlanacak kargo/kurye organizasyonu üzerinden gönderim yapılabilecektir.

6. Teslim Edilecek Ürünlerin Numuneye Uygunluğu

6.1. İhale üzerinde kalan firma tarafından teslim edilecek ürünler, değerlendirmede uygun bulunan numune ile aynı teknik özelliklere sahip olacaktır.

6.2. Seri teslimatta gönderilen ürünlerin, onaylanan numuneden farklı olması halinde idare söz konusu ürünleri kabul etmeme ve şartname hükümleri çerçevesinde işlem yapma hakkına sahip olacaktır.

6.3. Özellikle ürünün **80 x 200 cm ölçüsü, siyah renkli olması, PVC/PVC kaplamalı yapısı, sıvı geçirmezliği, lastikli olması ve yıkanabilirliği** numune ile teslim edilen ürünlerde aynı olacaktır.

7. Genel Hükümler

7.1. Bu Teknik Şartname'de belirtilen özellikler asgari teknik özelliklerdir.

7.2. İstekli, teklif ettiği ürünün bu Teknik Şartname'de belirtilen tüm özellikleri karşıladığını kabul etmiş sayılır.

7.3. Teknik Şartname'ye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

7.4. İdare gerekli gördüğü durumlarda numune üzerinde teknik özelliklerin kontrolünü yapabilir.

7.5. Numune değerlendirmesi sonucunda ürünün şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, uygunsuzluk gerekçesi tutanak altına alınacaktır.

7.5. En az 1 ay içinde malzemeler eksiksiz teslim edilmelidir

Ersin DOĞAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Acil Servisi

Prof. Dr. Mehmet ÇADIRCI
F.Ü. HASTANESİ GENEL TIP A.B.D.
Dip. Tıp No: 14000000000000000000

Prof. Dr. Mehmet ÇADIRCI
F.Ü. HASTANESİ GENEL TIP A.B.D.
Dip. Tıp No: 14000000000000000000