

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

13.11.2025

İstem No : 86430 : 25/5146
Talep Eden Birim : KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

18.11.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15006020199002	BLANKENT YATAK VE BAĞLANTI HORTUMU	KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ AÇIK KALP AMELİ	2,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

BLANKET YATAK
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Blanket yatak, ameliyat masası üzerine serilerek hastayı yüzeysel olarak ısıtmak veya soğutmak amacıyla kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Blanket yatak; adult (Yetişkin) hastalar için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Isıtma soğutma battaniyesi (Yetişkin) hastaların kan sıcaklığını düzenlenmesi için ısıtıcı soğutucuya ek bir destek sağlamalıdır.
4. Isıtma soğutma battaniyesi (Yetişkin) eşit bir akış tasarımı sahip olmalıdır, buda eşit sıcaklık dağılımı ve mükemmel ısıtma ve soğutma oranlarına ulaşılmasını sağlamalıdır.
5. Blanket yatak, vinly yüzeyi sayesinde hafif, yumuşak ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
6. Isıtma soğutma battaniyesi zorlu kullanıma dayanacak dayanklı bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Blanket yatak ebatları: Adult (Yetişkin) için eni 55 cm (± 5 cm) boyu 150 cm (± 5 cm) olmalıdır.
8. Blanket yatak, blanket bağlantı hortumuna takılmaya uygun olmalıdır.
9. Blanket yatağının, blanket bağlantı hortumuna bağlantısı kendi üzerindeki su giriş - çıkış hatları ile olmalı bu hatlar üzerinde ayrı ayrı klemp olmalıdır.
10. Blanket yatağına, su giriş ucunun ve su çıkış ucunun tespiti için blanket bağlantı hattı konnektörleri farklı renkte (siyah-beyaz) olmalıdır.

Doç. Dr. Latif ÜSTÜNEL
Kalp ve Damar Cerrahisi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oktay BURMA
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı

BLANKET YATAK BAĞLANTI HORTUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Blanket yatak bağlantı hortumu, ısıtıcı soğutucu cihazı ile blanket yatak arasındaki bağlantıyı kolaylıkla sağlayabilmelidir.
2. Blanket yatak bağlantı hortumunun, blanket yatağa olan bağlantısı blanket yatağına uyumlu olmalıdır.
3. Blanket yatak bağlantı hortumu, blanket yatağından çıkarıldığında dahili valf sistemi sayesinde su akıntısı yapmamalıdır.
4. Blanket yatak bağlantı hortumunun ısıtıcı soğutucu cihazına olan bağlantısı kolaylıkla yapılabilmelidir.
5. Blanket yatak bağlantı hortumu yüzeyi dış etkilere karşı mukavemetli, yumuşak ve esnek yapıda olmalıdır.

Doç. Dr. Latif ÜSTÜNEL
Kalp ve Damar Cerrahisi
Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Oktay BURMA
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı

