

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
YAKLASIK MALİYET TESPİT CETVELİ

Istem No

88033 : 26/569

Işin Adı

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

Istem Yapan Bölüm

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

Sıra	Malın Cinsi	Mikta	Ortalama	Yaklaşık Maliyet	SUT Fiyatı	ARZU SANDIKLI- SANMED MEDİKAL	EFE UMUT MEDİKAL HİZ.İTH.İHR.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	HEDEF SAĞLIK GIDA TEM.İNŞ.MED.ELE KTR.SAN.TİC.LTD.	İBRAHİM ATMACA DOĞU ANADOLU SAĞLIK
1	253030516113 BIOBARIYER STERİLİZASYON KONTEYNERİ (Y110.20WB)	1 ADET	176.750,00 0000	176.750,000 000	TM	260.000,0000	234.000,0000	198.000,0000	15.000,0000
					Toplamlar	260.000,000	234.000,000	198.000,000	15.000,000

176.750 (Yüz YetmişAlti Bin Yedi Yüz Elli TL.)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 06... / 02 / 2026 tarih ve 569... sayılı onay belgesi gereğince mal/hizmet/onarım işi için Döner Sermaye İşletme Birimi piyasa araştırma görevlileri tarafından yapılan fiyat araştırma sonucu yukarıda verilmiş olup, fiyat ve varsa teknik şartname açısından değerlendirilmesi rica olunur.

12-02-2026
Doğrudan Temin
22/D
Yasaklılık Sonucu
Var ☐ Yok ☒
Ersin KÖSE
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Satın Alma Memuru

Dr. Öğretim Üyesi
Erhan Cabir OZCAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi A.B.D. Dip.Tes. No: 105034

T.C
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik,Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı


SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

Teklif No: 88033:26/569

Malzeme: BİOBARİYER STERİLİZASYON KONTEYNER

Ameliyathanemizin ihtiyacı olan cerrahi alet sterilizasyon konteyner alımı için 1. En Uygun firmanın (İbrahim Atmaca Doğu Anadolu Sağlık) vermiş olduğu numune teknik şartnamenin aşağıdaki maddelerine uymadığından dolayı 2 . En uygun firma (Hedef Sağlık Ltd. Şti) numunesi incelenmiş olup teknik şartnameye uygun olduğundan tercih edilmiştir.

- Talep edilen konteyner boyutlar en az 40cm x40 cm x40cm olmalıdır.
- Konteyner içerisinde cerrahi aletleri sterilizasyon aşamasında sarsıntıdan ve çarpmalardan koruyucu silikon alet rafları bulunmalıdır.
- Konteynerler üzerinde indikatör hatalarına karşı, konteynırların dış ortamda tekrar kapatılmasına olanak vermeyen güvenli sterilizasyon için ısı sistemi ile çalışan TERMO-KİLİT sistemi bulunmalıdır.
- Kağıt, Pamuk ve PTFE filtre sistemleri kurumumuza ek maliyet getirmekte ve sterilizasyon sayıları tespit edilememekte olduğundan Konteynır filtre sistemi kuruma ek maliyet getirmeyecek şekilde valfli (bio-barrier) model olmalı ve valf sistemi temizlik, bakım için herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan sökülebilir olmalıdır


Doç.Dr. Erhan Cahit ÖZCAN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi A.B.D. Dış Cerrahi
No:104099

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Siparis No: 88033 : 26/569
İşin Adı: PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
Teslim Tarihi:
Bölüm: PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	253030516113	BİOBARIYER STERİLİZASYON KONTEYNERİ (Y110.20WB)	1,00 ADET	198.000,0000		198.000,00

Toplam Tutar 198.000,00
İskonto Tutarı 0,00

Genel Toplam 198.000,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 30 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

ÖNEMLİ NOT 3: Mail yoluyla gönderilen faturalar işleme alınmamaktadır.

SİPARİŞİ ALAN FIRMANIN İSİM VE K HEDEF SAĞLIK GIDA TEM.İNŞ.MED.ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Sipariş Tarihi	KURUM YETKİLİSİ DOÇ.DR.MESUT YUR BAŞHEKİM YARDIMCISI
---	--

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)
Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr
KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.